УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «14» января 2022 г.
№ ПК1-30

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510342

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа Областного государственного бюджетного учреждения «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования»

(Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510342, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16 октября 2014 г.)

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

634041, РОССИЯ, Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д. 14 (комнаты 01, 1-6, 6а, архив)

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

На соответствие требованиям

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ФР.1.31.2021.39092	Вода природная (поверхностная, подземная, атмосферные осадки), вода сточная (очищенная, производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая)	-	-	Массовая концентрация растворенных форм кремния	(0,05-50) мг/дм^3
2	ГОСТ 33045, п. 9, метод Д	Вода природная (поверхностная, подземная), вода сточная	-	-	Массовая концентрация нитратов	(0,1-200) мг/дм^3
					Расчетный показатель: массовая концентрация нитратов азота	(0,023-45,2) мг/дм^3
3	ГОСТ 33045, п. 6, метод Б	Вода природная (поверхностная, подземная), вода сточная	-	-	Массовая концентрация нитритов	(0,003-30) мг/дм^3
					Расчетный показатель: массовая концентрация нитритов азота	(0,00091-9,12) мг/дм^3
4	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Вода природная (поверхностная, подземная), вода сточная (производственная, промышленная, очищенная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая)	-	-	Мутность	(0,58-58,0) мг/дм^3 (1,0-100 ЕМФ)

1	2	3	4	5	6	7
5	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10, п. 11.1	Вода природная (поверхностная, подземная), вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная, ливневая), вода талая, снежный покров	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	(1,0-35000) мг/дм^3
6	ГОСТ 18309, метод Б, п. 6.3.2	Вода природная (поверхностная, подземная), вода сточная	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	(0,005-0,8) мг/дм^3
					Расчетный показатель: массовая концентрация фосфат-иона	(0,015-2,46) мг/дм^3
7	Справочник химика аналитика, М., «Металлургия», 1976, с.184	Вода природная (поверхностная, подземная), вода сточная (производственная, промышленная, очищенная, талая поливомоечная, ливневая, хозяйственно-бытовая, дождевая, дренажная, централизованной системы водоотведения)	-	-	Расчетный показатель: массовая концентрация азота нитритного	(0,00091-9,12) мг/дм^3
					Расчетный показатель: массовая концентрация азота нитратного	(0,023-45,2) мг/дм^3
					Расчетный показатель: массовая концентрация фосфора фосфатов	(0,015-246) мг/дм^3
8	РД 52.04.893-2020	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	(0,15-10) мг/м^3
9	Руководство по эксплуатации анализатора пыли «Атмас» БВЕК 610000.001 РЭ				Массовая концентрация взвешенных частиц (пыли) PM10	(0,1-150) мг/м^3
					Массовая концентрация взвешенных частиц (пыли) PM2,5	(0,1-150) мг/м^3
10	Руководство по эксплуатации прибора контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС-200А» ЯВША.416311.003 РЭ				Атмосферное давление	(80-110) кПа
					Относительная влажность	(10-98) %
					Температура	(- 40…+ 85) °С

1	2	3	4	5	6	7
11	Руководство по эксплуатации газоанализатора портативного «Эколаб» ЕКМР413322.001 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Азота оксид/азота (II) оксид	(0,03-2,5) мг/м^3
					Азота диоксид/азота (IV) оксид	(0,02-1,0) мг/м^3
					Аммиак	(0,02-10,0) мг/м^3
					Ангидрид сернистый/серы диоксид	(0,025-5,0) мг/м^3
					Дигидросульфид/сероводород	(0,004-5,0) мг/м^3
					Метилмеркаптан/метантиол	(0,003-0,4) мг/м^3
					Углерод оксид/угарный газ	(1,5-10,0) мг/м^3
					Хлороводород/гидрохлорид	(0,05-2,5) мг/м^3
					Формальдегид	(0,0015-0,25) мг/м^3
					Бензол	(0,05-2,5) мг/м^3
					Углеводороды C_1-C_5	(25,0-3500,0) мг/м^3
					Углеводороды C_6-C_{10}	(30,0-150,0) мг/м^3
12	Руководство по эксплуатации термогигрометра ИВА-6Н-Д ЦАРЯ.2772.001 РЭ	Атмосферный воздух (воздух жилых, складских, производственных помещений)	-	-	Атмосферное давление	(700-1100) гПа (70-110 кПа)
					Относительная влажность	(0-98) %
					Температура	(- 20…+ 60) °С
13	Руководство по эксплуатации измерителя комбинированного Testo 645	Атмосферный воздух Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Относительная влажность	(2-98) %
					Температура	(- 20…+ 180) °С
14	РД 52.04.882-2019	Атмосферные осадки	-	-	Массовая концентрация марганца (растворенная форма)	(2,0-40,0) мкг/дм^3 (0,002-0,04 мг/дм^3)
					Массовая концентрация цинка (растворенная форма)	(2,0-40,0) мкг/дм^3 (0,002-0,04 мг/дм^3)
					Массовая концентрация железа (растворенная форма)	(10,0-200) мкг/дм^3 (0,01-0,2 мг/дм^3)

1	2	3	4	5	6	7
15	ФР.1.31.2017.27474	Почва	-	-	Массовая доля водорастворимых форм фторидов	(1,0-190) $млн^{-1}$ (1,0-190 мг/кг)
16	ГОСТ 28268, п. 1				Влажность/влага	(0,1-99) %
17	РД 52.18.289-90, п. 4, п. 5				Подготовка проб	-
18	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02	Отходы производства и потребления	-	-	Массовая доля влаги/влажность/влага	(60,00-99,00) %
19	ГОСТ Р 59024-2020	Вода природная (поверхностная, подземная), вода сточная (производственная, промышленная, очищенная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая)	-	-	Отбор проб	-
20	ГОСТ 17.2.4.08-90	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб	-
21	Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ОАО «НИИ Атмосфера», г. Санкт-Петербург, 2013)				Отбор проб	-
					Расчетный показатель: массовый выброс загрязняющих веществ	-
					Расчетный показатель: эффективность работы газоочистных установок/степень очистки	(0-100) %
22	Руководство по измерению основных параметров и определению запыленности пылегазовых потоков на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, п. 9.4.1, ФГУП МНИИЭКОТЭК, Пермь - 2002 г.	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб	-
					Расчетный показатель: оценка эффективности работы газоочистных установок/степень очистки	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 17.2.4.06-90	Промышленные выбросы в атмосферу, газоходы, воздуховоды	-	-	Линейные размеры газоходов (длина (ширина, высота), толщина стенки газохода)	(100-25000) мм
					Расчетный показатель: площадь измерительного сечения газоходов	-
24	ПНД Ф 12.15.2-2013	Снежный покров	-	-	Отбор проб снега, подготовка жидкой фазы	-

Директор ОГБУ «Облкомприрода» _____ Ю.В. Лунева